

2026年富顺县中医医院强脉冲光与激光设备配件



采购项目

单
一
来
源
论
证
报
告

采购人：富顺县中医医院

二〇二六年六月



一、采购项目基本情况及使用单一来源采购的情形

(一) 项目基本情况

1. 项目名称：2026年富顺县中医医院强脉冲光与激光设备配件采购项目

2. 采购单位：富顺县中医医院

3. 资金来源：自筹资金

4. 采购预算金额：32,800.00元，大写（人民币）：叁万贰仟捌佰元整。

5. 供应商资格条件要求：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力。
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- (5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- (6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 使用单一来源采购方式的情形

本项目适用第1种单一来源采购方式的情形。（在以下三种方式中选择）

序号	以下三种情况可采用单一来源采购方式
1	只能从唯一供应商处采购的
2	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的
3	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的

注：只能从唯一供应商处采购的，只因货物或者服务使用不可代替的专利、专有技术或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。

二、论证专家名单

采购项目名称:2026年富顺县中医医院强脉冲光与激光设备配件采购项目

论证时间:2025年06月16日

序号	专家姓名	职称	专家证号
1	李 军	工程师	SC0310903
2	李 军	医师	SC0308102
3	李 军	医师	SC0310964

三、单一来源采购论证意见表

采购论证项目	2026年富顺县中医医院强脉冲光与激光设备配件采购项目		
采购人(盖章)	富顺县中医医院		
资金来源	自筹资金	预算金额	32,800.00元
项目背景	富顺县中医医院现有一台由Candela公司生产的Nordlys:22120306型号医疗设备,该设备为我院临床诊疗工作的重要工具,其稳定运行直接关系到医疗服务质量与患者安全。近期,该设备出现计算机模块故障,导致设备无法正常使用,需紧急采购配件进行维修。		



<p>单一来源 采购理由</p>	<p>一、单一来源采购必要性</p> <p>1、技术专属性：该设备的计算机模块（部件号 SBA100128）为 Candela 原厂专用配件，其技术参数、接口协议及软件系统与设备主体高度匹配，非原厂配件无法实现兼容，强行使用非原厂配件可能导致设备损坏或诊疗数据偏差，存在医疗安全风险。</p> <p>2、服务资质要求：根据设备制造商 Candela 公司的授权体系，百达千里（广东）科技有限公司（以下简称“百达千里”）是 Candela 在中国授权的独家售后服务机构，具备原厂技术认证、原厂关键配件供应及专业工程师服务资质，能够确保维修质量符合原厂标准。</p> <p>3、原厂服务承诺：百达千里承诺提供 100%原厂技术、100%原厂关键配件及 100%原厂认证工程师服务，可保障维修后设备的性能稳定性及后续维保服务的连续性。</p> <p>二、供应商唯一性说明</p> <p>经市场调研及与设备制造商 Candela 公司核实，目前中国大陆地区仅有百达千里（广东）科技有限公司具备以下资质：</p> <p>1、持有 Candela 公司正式授权的独家售后服务资质；</p> <p>2、拥有 Nordlys 系列设备专用配件（含计算机模块 SBA100128）的合法供应渠道；</p> <p>3、配备经 Candela 原厂认证的专业维修工程师团队。</p> <p>综上，百达千里（广东）科技有限公司是我院该套强脉冲光与激光设备配件采购及维保服务的唯一合法合规供应商，具有不可替代性。本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条关于单一来源采购的相关规定，建议本项目采用单一来源采购方式，邀请百达千里（广东）科技有限公司开展项目协商议价工作。</p> <p>拟定供应商信息</p> <p>供应商：百达千里（广东）科技有限公司</p> <p>地 址：广州市番禺区石碁镇市莲路石碁村段 82 号 12 栋</p>
----------------------	---

专业
 人员
 论证
 意见

本项目中医院目前使用的设备由迈达千里(广东)科技有
 限公司提供,由Candela公司生产,具有专利配件及专有技
 术,非原厂配件不能正常运转,存在导致设备损坏风险。
 而迈达千里(广东)科技有限公司为Candela公司授权的唯
 一代理商。供应商具有唯一性。根据政府采购合同约定之
 十一节之规定,建议采购单一来源方式进行项目采购。

姓名	李东	工作单位	—	职称	工程师
----	----	------	---	----	-----

专业
 人员
 论证
 意见

本项目医院现状使用的设备为Candela公司生产的
 NOVO(LYS:22120306)设备,该设备为定制设备,由
 原厂设备提供,非原厂配件不能正常运转。
 非原厂配件不能正常运转,而非原厂配件不能正常运转。
 公司为制造商Candela公司在国内授权的唯一代理
 商。符合政府采购法第三十一节第一款规定。
 也符合第一款规定。

姓名	李东	工作单位	迈达千里(广东)科技有限	职称	工程师
----	----	------	--------------	----	-----

<p>专业人员论证 意见</p>	<p>白地千里(汽车)科技有限公司是全套维修 冲光与激光设备配件及维修服务唯一合法合理供 应商,其所供原厂配件,专业维修技术具有排他性, 暂不其他市场可以同等条件提供产品与服务。 具有唯一性,满足政府采购办法第三十条款规定。 建议采用单一来源方式采购。</p>				
<p>姓名</p>	<p>张明</p>	<p>工作单位</p>	<p>—</p>	<p>职称</p>	<p>高级工程师</p>